

一般競争入札に係る質問に対する回答

該当箇所	質問内容	回 答
岩見沢市工事等入札心得 9 落札者の決定（３）	落札者は、消費税及び地方消費税に関する申立書の提出等 とございますが、落札後すぐのご提出が必要でしょうか。ま た、申立書は岩見沢市 HP 上にございます消費税課税事業者 等申出書にて問題ないでしょうか。	お見込みのとおり。 提出は、落札後１週間以内とする。
岩見沢市告示第 142 号 入札の公告 11 契約書作成の要否 要	岩見沢市工事等入札心得 13 契約書等の提出（１）に記載 されておりますように、契約書は岩見沢市様にて作成頂ける 認識で宜しいでしょうか。	お見込みのとおり。
③ 岩新機第 3 号 岩見沢市新病院 血管撮影装置-02（外科用） 仕様書の品目及び仕様	仕様書はフィリップス社の構成内容になっております RIS, PACS, 動画管理システム等の接続費用、インジェクター、 ポリグラフ等の周辺機器は入札金額に含まなくて宜しいで しょう。また含む場合はメーカー規格等の内容をご教授頂け ますでしょうか。	当院が運用する動画管理システムとの接続、放射線科情報 システムからの MWM 接続による患者・予約情報の取得、医用 画像管理システムへの DICOM Storage による画像送信、及び ネットワーク型ワークステーションへの DICOM 画像転送に必 要な調達機器側にかかる費用は、全て見込むこと。また、周 辺機器については仕様書に記載のあるものを除き、含まない ものとする。