

仕 様 書

1. 件 名 : X線TV撮影装置及び一般撮影装置

2. 品名及び品番、数量等 :

メーカー もしくは販売業者	品目	品番・規格等	数量
富士フイルムメディカル株式会社	①X線TV撮影装置 (1番撮影室)	CUREVISTA Open	1 式
	【構成内訳】		
	デジタルX線透視撮影システム	C-OPEN D WO RF HV	1
	SECURETABLE (完全固定テーブル)		1
	2WAY ARM (2方向アーム: 縦・横)		1
	SECUREILLUMINATION (ステータス表示)		1
	IntelliFILTER (線質改善付加フィルター)		1
	VISTAPANEL (HDR FPD 43cm×43cm)		1
	テーブルサイトコントローラー		1
	IntelliCOVER (散乱X線防護テーブル底カバー)		1
	テーブルマット		1
	ショルダーハット (左右)		1
	ハンドグリップ (左右)		1
	フットレスト		1
	指向性マイク (脚部搭載)		1
	スピーカー (外付)		1
	VISTACOCKPIT (遠隔コントローラー)		1
	IntelliMONITOR (被ばく線量モニタリング)		1
	IntelliALARM (被ばく線量通知)		1
	ワイヤレスマウス&ワイヤレスキーボード		1
	フットスイッチ (透視&マイク)		1
	指向性マイク (遠隔コントローラー搭載)		1
	スピーカー (外付)		1
	VISTABRAIN (GPU搭載高速画像処理エンジン)		1
	MAGICHAND (ボイスコントロール)		1

HARMONY (マルチ周波数処理×Retinex理論)		1
KINETICS (動き追従型マルチノイズ低減)		1
TARGET (局所動体追従型残像低減処理)		1
HIREZOOM (高精細透視×高倍率ズーム)		1
RealtimeIR (リアルタイム逐次近似再構成)		1
IntelliSHOT (透視スクリーンショット)		1
IntelliREC. (透視録画)		1
IntelliROI (ROIサイズ自動可変型ABS)		1
IntelliCOLLIMATION (ハーフチャルコリメータ)		1
DICOM MWM (接続費別途)		1
DICOM Storage (接続費別途)		1
DICOM Print (接続費別途)		1
DICOM MPPS (接続費別途)		1
DICOM DoseSR (RDSR) (接続費別途)		1
DICOM SC (Doseレポート出力) (接続費別途)		1
DICOMモタリティ名変更 (RF, CR, DX, XA)		1
イメージコンバータ (JPEG, BMP, AVI, MP4, WMV)		1
被検者情報通信 (RS-232C, TCP/IP)		1
WHITELIST (サイバーセキュリティ)		1
UPS (無停電電源装置)		1
19inch高輝度カラーディスプレイ	LCD-EZ119-S+X0A928	2
X線管装置 (600kHU_0.4/0.7mm)	UH-6QC-307EYB	1
リムーバブルクォリット	TJVR8N85F120-3	1
X線高電圧装置 (50kW三相200V)	C-OPEN 3PH200V DHF 50	1
電源ケーブル (三相) 12m	POWER CABLE (3P12M)	1
IntelliSHUTTER (4辺独立)+SECURELIGHT	ZU-L5TYM LT	1
SID可変アーム (110 / 120 / 150cm)	TU-11000	1
マーゲンPKG (圧迫コーン+カップホルダー)	TU-11000+XNT350FH	1
超指向性マイク	SUP DIR MIC	1

	被検者用固定バンド	PT FIX BAND	1
	VISTACOCKPIT (近接コントローラー)	ZT-C-11000	1
	デュアルフットスイッチ (透視&撮影)	DUAL FT SW	1
	シーリング用ディスプレイ (19" x2+マイク)	2LCD-CEIL-SET	1
	超指向性マイク	SUP DIR MIC	1
	WOW (背景部減衰処理)	WOW	1
	IntelliFRAME (フレーム補間処理)	INTELLI FRAME	1
	IntelliGRID (デジタル仮想グリッド) 小児用	INT GRID	1
	整形PKG (PanoramaVIEW+TomoVIEW) SID可変Arm	PAN TOMO PKG (D)SID	1
	AngioVIEW (DSA7°リ)	ANGIOVIEW	1
	机・椅子		1
	システム接続費		1
	線量測定		1
	防護カーテン		1
	搬入作業費		1
	FCRネットワーク接続ケーブル UTP15M (FD)	NW UTP-STR CBL FD 15M	3
	8ポートスイッチング HUB (Gb) A	AT-GS920/08	1
	コンソール用 電源タップ	CL TAP-WCH2434H	1
	リモートメンテナンスルーター	DRX5002 NS	1
富士フイルムメディカル株式会社	②X線TV撮影装置 (2番撮影室)	CUREVISTA Open	1 式
	【構成内訳】		
	デジタルX線透視撮影システム	C-OPEN D WO RF HV	1
	SECURETABLE (完全固定テーブル)		1
	2WAY ARM (2方向アーム: 縦・横)		1
	SECUREILLUMINATION (ステータス表示)		1
	IntelliFILTER (線質改善付加フィルター)		1
	VISTAPANEL (HDR FPD 43cm×43cm)		1
	テーブルサイトコントローラー		1
	IntelliCOVER (散乱X線防護テーブル底カバー)		1

テーブルマット		1
ショルダーハット（左右）		1
ハントグリップ（左右）		1
フットレスト		1
指向性マイク（脚部搭載）		1
スピーカー（外付）		1
VISTACOCKPIT（遠隔コントローラー）		1
IntelliMONITOR（被ばく線量モニタリング）		1
IntelliALARM（被ばく線量通知）		1
ワイヤレスマウス&ワイヤレスキーボード		1
フットスイッチ（透視&マイク）		1
指向性マイク（遠隔コントローラー搭載）		1
スピーカー（外付）		1
VISTABRAIN（GPU搭載高速画像処理エンジン）		1
MAGICHAND（ホイスコントロール）		1
HARMONY（マルチ周波数処理×Retinex理論）		1
KINETICS（動き追従型マルチノイズ低減）		1
TARGET（局所動体追従型残像低減処理）		1
HIREZOOM（高精細透視×高倍率ズーム）		1
RealtimeIR（リアルタイム逐次近似再構成）		1
IntelliSHOT（透視スクリーンショット）		1
IntelliREC.（透視録画）		1
IntelliROI（ROIサイズ自動可変型ABS）		1
IntelliCOLLIMATION（ハーフチャルコリメータ）		1
DICOM MWM（接続費別途）		1
DICOM Storage（接続費別途）		1
DICOM Print（接続費別途）		1
DICOM MPPS（接続費別途）		1
DICOM DoseSR（RDSR）（接続費別途）		1

DICOM SC(Doseレポート出力)(接続費別途)		1
DICOMモダリティ名変更(RF, CR, DX, XA)		1
イメージコンバータ(JPEG, BMP, AVI, MP4, WMV)		1
被検者情報通信(RS-232C, TCP/IP)		1
WHITELIST(サイバーセキュリティ)		1
UPS(無停電電源装置)		1
19inch高輝度カラーディスプレイ	LCD-EZ119-S+X0A928	2
X線管装置(600kHU_0.4/0.7mm)	UH-6QC-307EYB	1
リムーバブルゲリット	TJVR8N85F120-3	1
X線高電圧装置(50kW三相200V)	C-OPEN 3PH200V DHF 50	1
電源ケーブル(三相)12m	POWER CABLE(3P12M)	1
IntelliSHUTTER(4辺独立)+SECURELIGHT	ZU-L5TYM LT	1
多目的PKG(SID可変+X線管時計回転)	TU-11000	1
マーゲンPKG(圧迫コン+カップホルダー)	UP GI PKG	1
SECUREARM(一体型ディスプレイアーム2LCD)	2LCD-SECARM	1
超指向性マイク	SUP DIR MIC	1
被検者用固定ヘッド	PT FIX BAND	1
VISTACOCKPIT(近接コントローラー)	ZT-C-11000	1
デュアルフットスイッチ(透視&撮影)	DUAL FT SW	1
シーリング用ディスプレイ(19"×2+マイク)	2LCD-CEIL-SET	1
超指向性マイク	SUP DIR MIC	1
WOW(背景部減衰処理)	WOW	1
IntelliFRAME(フレーム補間処理)	INTELLI FRAME	1
IntelliGRID(デジタル仮想ゲリット)小児用	INT GRID	1
PanoramaVIEW(IR搭載)SID可変アーム用	PANVIEW (D)	1
机・椅子		1
システム接続費		1
線量測定		1
搬入作業費		1

	FCRネットワーク接続ケーブル UTP15M(FD)	NW UTP-STR CBL FD 15M	3
	8ポートスイッチング HUB (Gb) A	AT-GS920/08	1
	コンソール用 電源タップ	CL TAP-WCH2434H	1
	リモートメンテナンスルーター	DRX5002 NS	1
富士フイルムメディカル株式会社	③一般撮影装置		1 式
	【構成内訳】		
	CALNEO GL1	DR-ID 1305 SE	1
	GL用電源供給ユニット	DR-ID 1300 MP	1
	Smart用MCソフトウェア	DR-ID 1200 MC SOFT	1
	GL用SEケーブル20m	DR1300 SE-CBL 20M	1
	CALNEO MP収納ラック	MP-BOX 2	3
	ロングパネル立位撮影台 FSL-LP	FSL-LP (CALNEO GL用三協撮影台) A	1
	FSL-LP つかまり棒	FSL-LP用	1
	グリッド 17x49 150 3:1 40本	GRID 17x49 (150 3:1 40本)	1
	Console Advance	300CL A19-V16.3 SWL	4
	タッチパネル液晶ディスプレイ	LCD 17IN TP CLR EIZ A	4
	DR300 CL_2カラー液晶ディスプレイ	LCD 2M CLR EIZ A	3
	増設用LAN基板 (780DT以外用)	GIGABIT NIC BD PCIEX1 A	3
	無線接続バーコードリーダー	DX CL BARCODE WIRELESS C	4
	HP 600G5/G6用 増設メモリ (4GBx1)	EXP MEM 4GB TYPE1	3
	コンソールラック	CONSOLE RACK	4
	コンソールラック用 ロービームキット		4
	コンソールラック用 モニター固定金具		4
	RS232C接続ケーブル 15M(9ピン)	IDT3/4 ONLINE 9S-CBL 15M	3
	シリアルインターフェース基板	SERIAL PORT BD I PCIEX1	3
	X線CONT接続キット	XCON CONNECT KIT	3
	8ポートスイッチング HUB (Gb) A	AT-GS920/08	4
	Ed. 4.0対応用Hubカバーキット	DR 1200 HUB COVER KIT ED 4.0	4
	FCRネットワーク接続ケーブル UTP5M(FD)	NW UTP-STR CBL FD 5M	4

FCRネットワーク接続ケーブル UTP15M(FD)	NW UTP-STR CBL FD 15M	4
MFP/マイミック処理ソフト(ライセンス)	DX CL DYN VISUAL II SWL	4
グレース除去処理ソフトウェア(ライセンス)	DX CL GPR SWL	4
黒化処理ソフトウェア(ライセンス)	DX CL SHUTTER-PROC SWL	4
自動画像合成ソフトウェア(ライセンス)	DX CL IM COMPOSITION SWL	3
F-RIS接続ソフトウェア(ライセンス)	DX CL ORDER ONLINE TST SWL	4
FUJIFILM RIS接続オプション ライセンス	DX CL ORDER ONLINE FF SWL	4
リモートデスクトップ 機能ソフトウェア(ライセンス)	DX CL REMOTE DESKTOP SWL	2
過去画像参照ソフトウェア(ライセンス)	DX CL REFERRAL VIEWING SWL	3
増設モニター用詳細画像表示ソフトウェア(ライセンス)	DX CL PRECISE ENLARGE SWL	3
Virtual Gridソフトウェア(ライセンス)	DX CL VIRTUAL GRID SWL	4
Reviewing Navi機能オプション(ライセンス)	DX CL REVIEWING NAVI SWL	3
Reviewing Navi機能オプション取扱説明書	DX CL REVIEWING NAVI MAN	3
CR/DR設置消耗品キット	SETTI KIT/M	1
据付作業料	iPad	1
部品-CI/LI/CR/ES統合(一式)	初年度落下保証	4
FUJIFILM RIS接続オプション ライセンス	DX CL ORDER ONLINE FF SWL	2
AQRO用異物認識機能増設メモリ(8GB)	DR-XD 1000 MEMORY EXP KIT	2
AQRO用Win10アップグレードキット	DR-XD 1000 WIN10 OS UPG KIT	1
DX コンソールアップグレードソフト(AQRO 仕様)	DR-XD 1000 300CL V16.1 UPG	1
共通 その他 一式	現地作業費(4人日)	4
	コンソール更新 2回対応(適応及び 翌日フォロー)	
	システム導入費(交通費・宿泊費を含 ム)	
共通 その他 一式	交通費・宿泊費等	2
CALNEO Flow G47	DR-ID 1831 SE	1
CALNEO Flow G77	DR-ID 1832 SE	2
CALNEO Flow C12	DR-ID 1814 SE	1
Flow用バッテリーパック(軽量タイプ)	DR1800 SE BATTERY S	8
Flow用スターターキット	DR-ID 1800 STARTER KIT D3	1

無線アクセスポイント D	SX-AP-200AC	3
Ed. 4.0対応用AP絶縁強化キット	DR 1200 AP ANTISTATIC ED 4.0	3
Smart用MCソフトウェア	DR-ID 1200 MC SOFT	3
Flow/Smart共通バッテリーチャージャー	DR1200 SE BATTERY CHARGER B	3
Smart用SEケーブル10m	DR1200 SE-CBL 10M	4
Flow用照射連動/電源供給ユニット	DR-ID 1800 MP	2
HC用X線発生装置接続キット	DR900 EXPOSURE CONNECT KIT	2
X線装置接続ケーブル(9芯) 15m	DR600 9S-CBL 15M	3
DR300用 X線撮影機接続ケーブル 15M	DR300 IR-X/CTL CBL 15M	2
電動式立位撮影台 CALNEO PU2 C	CALNEO PU2 C(電動つかまり棒)	1
グリッド SID 180CM 10:1 (PU/PT用)	1717 GRID SID 180 10:1 (PU/PT用)	1
タブレットホルダー (PU2用)		1
機内配線ユニット (PU2用)		1

3. 納入場所： 岩見沢市立総合病院 放射線科 一般撮影室及びX線TV撮影室（1番・2番）

4. 納入期限： 令和8年3月31日

5. 一般的事項

- （1）納入物品は、未使用新品とする。
- （2）納入にかかる運搬費・設置調整費及び消耗雑材料等、当該物品が正常に使用可能となるまでの一切の経費を含む。
- （3）受注者は納入期限を厳守し、搬入設置日時及び経路等については、設置部署と事前に協議調整の上決定すること。
- （4）納品にあたっては事故が生じないよう十分配慮すること。

6. 検査及び引渡し

- （1）納品及び調整完了後、管理課による検査を受け、正常に動作することを確認した上で発注者に引き渡すこと。
- （2）導入物品の日本語版取扱説明書及び添付文書を1部備えること。
- （3）操作説明及び導入時の教育訓練を当院担当職員に行うこと。

7. 保証期間

本物品の納入後1年間は、無償保証期間とすること。ただし、受注者または製造者の責に帰する破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理または良品と交換することとする。

8. その他

この仕様書に定めのない事項については、別途協議し決定するものとする。