

# 仕 様 書

1. 件 名 : 全身麻酔装置

2. 品名及び品番、数量等 :

メーカー もしくは販売業者	品目	品番・規格等	数量
GEヘルスケア・ ジャパン株式会社	全身麻酔器	CS750 Prime D SE(ACG0有)	1 式
	【構成内訳】		
	気化器 セボフルラン	Tec850 (保証期間3年)	1
	気化器 デスフルラン	Tec6 プラス (保証期間2年)	1
	O2 耐圧ホース	8M-川重	1
	N2O 耐圧ホース	8M-川重	1
	Air 耐圧ホース	8M-川重	1
	余剰ガスホース	8M-ユニ	1
	ハイトレル患者回路 (成人用)	1.5m リユーザブル	1
	ストレートコネクタ (成人用)		1
	CS600 シリーズ フローセンサー アクセサリ		1
	排気ライン (1m) ISO準拠		1
	S/5 E-ブランク モジュール		1
日本光電工業株式 会社	ベッドサイドモニタ	CSM-1702	1 式
	【構成内訳】		
	モニタ本体	CU-172R	1
	レコーダユニット	WS-171P	1
	リアオプションボード	QI-171P	1
	サイドオプションボード	QI-152P	1
	SDカード	QM-150P	1
	データアクイジョンユニット	JA-170P	1

マルチアンプユニット	AA-174P	1
ベッドサイドモニタ	BSM-1763	1
バッテリーパック	SB-170P X161	1
筋弛緩モジュール	AF-101P	1
マルチガス/フローユニット	GF-320R	1
接続ケーブル (2.5m)	YJ-601P K978	1
成人用ウォータートラップ	YG-300P V924A	1
成人用サンプリングライン	YG-310P V925A	1
BIS x LOC2チャンネル	186-0195-NK	1
BIS×中継コード	YJ-671P	1
DAU接続ケーブル2.8M	YS-118P1	1
レコーダ接続ケーブル1.5M	YS-118P8	1
電極リード線	(3電極クリップ式0.8m) BR-903P K911	3
ECG中継コード (3/6電極) 3m	JC-906P K922	2
Sp02中継コード (2.5m)	JL-900P K931	2
ディスピオキシプローブ	TL-271T3 M-24	1
フィンガープローブ	TL-201T2 P225F	1
成人用中継エアホース (3.5m)	YN-901P S902	2
TEMPLE TOUCH PRO	TT101	1
TTPセンサユニット SU	TT001	1
リファレンスセンサ (TTP点検用)	TT006	1
バッテリパック	SB-970P	1
麻酔器搭載用 部材費		1
CSM設置調整費	#INST-CSM	1
通信ケーブル	IF-925P	1

	小児用カフ	YP-711T S951B	1
	成人用カフ（小）	YP-712T S951C	1
	成人用カフ（大）	YP-714T S951E	1
	大腿部用カフ（大）	YP-715T S951F	1
マシモジャパン株式会社	パルスオキシメータ	Mashimo Rainbow SET radical7	1式
	【構成内訳】		
	本体	9500	1
	ドッキングステーション	9021	1
	SpHb追加オプション	2630	1

3. 納入場所： 岩見沢市立総合病院 手術室2

4. 納入期限： 令和8年3月31日

## 5. 一般的事項

- (1) 納入物品は、未使用新品とする。
- (2) 納入にかかる運搬費・設置調整費及び消耗雑材料等、当該物品が正常に使用可能となるまでの一切の経費を含む。
- (3) 受注者は納入期限を厳守し、搬入設置日時及び経路等については、設置部署と事前に協議調整の上決定すること。
- (4) 納品にあたっては事故が生じないよう十分配慮すること。

## 6. 検査及び引渡し

- (1) 納品及び調整完了後、管理課による検査を受け、正常に動作することを確認した上で発注者に引き渡すこと。
- (2) 導入物品の日本語版取扱説明書及び添付文書を1部備えること。
- (3) 操作説明及び導入時の教育訓練を当院担当職員に行うこと。

## 7. 保証期間

本物品の納入後1年間は、無償保証期間とすること。ただし、受注者または製造者の責に帰する破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理または良品と交換することとする。

## 8. その他

この仕様書に定めのない事項については、別途協議し決定するものとする。