

修正箇所

①岩見沢市新病院 放射線治療装置及び治療計画用 CT 装置一式仕様書

6 ページ「別紙 岩見沢市新病院工事区分表（治療計画用 CT 装置）」

建築工事 4 天井鉄骨架台工事（材工共）及び仕上・下地の復旧工事の区分を、本機器落札者工事から病院側工事（建築工事）に修正

②岩見沢市新病院 画像診断装置（MRI・血管撮影装置・CT）一式仕様書

22 ページ「別紙 岩見沢市新病院工事区分表（血管撮影装置）」

31 ページ「別紙 岩見沢市新病院工事区分表（マルチスライス CT 撮影装置）」

建築工事 4 天井鉄骨架台工事（材工共）及び仕上・下地の復旧工事※天井走行装置用架台及びモニター用架台を含むの区分を本機器落札者工事から病院側工事（建築工事）に修正

③岩見沢市新病院 血管撮影装置-02（外科用）仕様書

4 ページ「別紙 岩見沢市新病院工事区分表（血管撮影装置）」

建築工事 4 天井鉄骨架台工事（材工共）及び仕上・下地の復旧工事※天井走行装置用架台及びモニター用架台を含むの区分を本機器落札者工事から病院側工事（建築工事）に修正